

ÉVALUATION DE L'ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE À LA MAMMOGRAPHIE POUR LES FEMMES À MOBILITÉ RÉDUITE

	CENTRES DE DÉPISTAGE DÉSIGNÉS (CDD) POUR LA RÉGION DES LAURENTIDES						
	CDD DES SOMMETS	CDD D'ARGENTEUIL	CDD IMAGIX SAINT-EUSTACHE CDD IMAGIX SAINTE-THÉRÈSE	CDD RADIOLOGIX SAINT-JÉRÔME	CDD RADIOLOGIX SAINT-SAUVEUR	CDD HÔPITAL SAINT-JÉRÔME	CDD ANTOINE-LABELLE
ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE À L'EXTÉRIEUR	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Espaces de stationnement réservés. Entrée extérieure directe. Porte avec mécanisme d'ouverture automatique. 	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Espaces de stationnement réservés. Entrée extérieure directe. Rampe d'accès. Porte avec mécanisme d'ouverture automatique. 	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Espaces de stationnement réservés. Entrée extérieure directe. Rampe d'accès. Porte avec mécanisme d'ouverture automatique. 	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Espaces de stationnement réservés. Entrée extérieure directe. Rampe d'accès. Porte avec mécanisme d'ouverture automatique. 	<p>NON</p> <ul style="list-style-type: none"> La femme sera dirigée dans un centre voisin (Radiologix St-Jérôme à St-Jérôme) par le service central de rendez-vous de Radiologix. Espaces de stationnement réservés. Entrée extérieure et escalier. Pas de mécanisme d'ouverture automatique. 	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Espaces de stationnement réservés. Entrée extérieure directe. Rampe d'accès. Porte avec mécanisme d'ouverture automatique. 	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Espaces de stationnement réservés. Entrée extérieure directe. Rampe d'accès. Porte avec mécanisme d'ouverture automatique.
ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE À L'INTÉRIEUR	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Accès direct au même niveau que l'entrée extérieure. Ascenseur présent. Aide du personnel au besoin dans la salle de déshabillage. Salle de toilette adaptée pour un fauteuil roulant. 	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Accès direct au même niveau que l'entrée extérieure. Salle de déshabillage adaptée pour fauteuil roulant. Salle de toilette adaptée pour un fauteuil roulant. 	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Accès direct au même niveau que l'entrée extérieure pour Imagix Ste-Thérèse et au 2^e étage pour Imagix St-Eustache. Ascenseur présent. Rampe d'accès. Salle de déshabillage adaptée pour fauteuil roulant. Salle de toilette adaptée. 	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Accès direct au même niveau que l'entrée extérieure. Salle de déshabillage adaptée pour fauteuil roulant. Salle de toilette adaptée. Ascenseur présent. 	<p>NON</p> <ul style="list-style-type: none"> Le local de mammographie se situe au sous-sol de la clinique. Aucun ascenseur. Il y a 16 marches non accessibles en fauteuil roulant. Salle de toilette non adaptée. Pas de barres d'appui. 	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Accès direct au même niveau que l'entrée extérieure. Ascenseur présent si autre entrée utilisée. Pas de rampe d'accès pour fauteuil roulant. Déshabillage dans la salle d'examen. Salle de toilette non adaptée en mammographie mais dans un secteur connexe. 	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> Accès direct au même niveau que l'entrée extérieure. Salle de déshabillage adaptée pour un fauteuil roulant Salle de toilette adaptée.
CONDITIONS FACILITANTES POUR LA RÉALISATION DE LA MAMMOGRAPHIE	<ul style="list-style-type: none"> Peut être accompagnée d'un proche. L'examen est réalisé pour une femme qui est assise dans son fauteuil roulant dont les appuie-bras sont amovibles (pas de chaise adaptée). Plus d'une plage horaire peut être planifiée pour l'examen. 	<ul style="list-style-type: none"> Peut être accompagnée d'un proche. L'examen est réalisé pour une femme qui est assise dans son fauteuil roulant dont les appuie-bras sont amovibles. Un membre du personnel peut aider lors du transfert et pendant l'examen. Le centre possède une chaise ou un banc adapté. Plus d'une plage horaire peut être planifiée pour l'examen. 	<ul style="list-style-type: none"> Peut être accompagnée d'un proche. L'examen est réalisé pour une femme qui est assise dans son fauteuil roulant dont les appuie-bras sont amovibles. Un membre du personnel peut aider lors du transfert. Le centre possède une chaise ou un banc adapté. Plus d'une plage horaire peut être planifiée pendant l'examen. 	<ul style="list-style-type: none"> Peut être accompagnée d'un proche. L'examen est réalisé pour une femme qui est assise dans son fauteuil roulant dont les appuie-bras sont amovibles. Un membre du personnel peut aider lors du transfert. Plus d'une plage horaire peut être planifiée pendant l'examen. 		<ul style="list-style-type: none"> Peut être accompagnée d'un proche. L'examen est réalisé pour une femme qui est assise dans son fauteuil roulant dont les appuie-bras sont amovibles. Un membre du personnel peut aider lors du transfert et pendant l'examen. Le centre possède une chaise ou un banc adapté. Plus d'une plage horaire peut être planifiée pour l'examen. 	<ul style="list-style-type: none"> Peut être accompagnée d'un proche. L'examen est réalisé pour une femme qui est assise dans son fauteuil roulant dont les appuie-bras sont amovibles. Un membre du personnel peut aider lors du transfert et pendant l'examen. Le centre possède une chaise ou un banc adapté. Plus d'une plage horaire peut être planifiée pour l'examen.